

附件 1

浙江省质量科学研究院询价单

| 采购项目（物品）名称 | 数量 | 技术要求 | 商务要求 |
|--------------------------|----|--|-----------|
| 降温稀释装置 | 1 | <ol style="list-style-type: none">两级循环稀释；稀释比：5: 1 ~ 250: 1 (采样流量 1L/min);稀释器进口管径：要与黑炭发生器（瑞士 Jing 5301C）出口适配；稀释器出口管径：要与扫描电迁移粒径谱仪（美国 TSI SMPS）进口适配；稀释器进口温度：耐温 200°C 以上；稀释器出口温度：室温；配备 HMI 电容屏（不低于 4 英寸），稀释比可触屏调节；与 PC 的通讯接口：USB、以太网口；内置稀释气泵，无需外界提供稀释气源；配备废气净化装置：三级复合过滤（初滤、活性炭、HEPA），颗粒物过滤效率>99%；提供整机控制软件，可用于整机控制、稀释比调节、设备状态（稀释流量、出气口温湿度、一二级稀释温湿度、过滤器状态）显示。 | 货期 45 天内。 |
| 备注：可根据实际采购物品或服务事项调整表头内容。 | | | |

询价人：戚海洋、刘素梅

邮箱：8953811@qq.com

到货地址：杭州市海通街 580 号 9 号楼 1309

询价日期：2024.10.20

联系电话：0571-87103271

询价人（签字）：戚海洋 刘素梅